

お客様各位

平成29年4月

## ソフトウェア新バージョン リリース・無償アップグレードのご案内

拝啓、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は弊社製品をご利用頂きありがとうございます。

先般ご案内しました、Agilent Technologies社 細胞外フラックスアナライザーXFeモデルの新しいソフトウェアバージョンに関して、不具合が解消されたバグ修正版が製造元よりリリースされました。

バグ修正版に関して、弊社でのインストール動作検証が完了し、お客様へご案内できる準備が整いましたので、本システムをご利用中のお客様へ無償アップグレードをご案内申し上げます。

添付のリリースノートに新機能や変更点に関する詳細を掲載しておりますので、内容をご確認の上、ソフトウェアのアップデートをお願い致します。別途ご案内しますダウンロードリンクより最新バージョンのインストール及びインストール手順書(ReadMe)をダウンロードできますので、手順書を参照しアップデートをお願い致します。

オンサイト点検と併せてアップデート作業を行うことも可能ですので、是非この機会にご検討ください。ご不明な点等ございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡下さいますようお願い致します。今後とも引き続きご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 【 リリースされるソフトウェア新バージョン 】

**Agilent社 細胞外フラックスアナライザー XFe 装置制御用ソフトウェア :**  
**Wave Controller 2.3** (バージョン詳細:2.3.1.2)

### 【 新バージョンでの主な変更点 】

- ・ 計測中のOCR/ECAR 2画面同時リアルタイム表示
- ・ メモリ使用量削減による、ソフトウェアクラッシュのリスク軽減
- ・ Report Generator形式でのデータエクスポート機能
- ・ 操作性改善、各種バグ修正

### 【 ご提供資料・マテリアル一覧 】

- ・ リリースノート(日本語)

1 部



プライムテック株式会社

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-3-25 小石川大国ビル2F

ライフサイエンス事業部 技術部 テクニカルサポート  
TEL:03-3816-0851 FAX:03-3814-5080  
e-mail:support@primetech.co.jp